



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

MERUFA JOINT STOCK COMPANY

38 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 54.281.903 – 37.654.161
ISO 9001: 2015; ISO 13485: 2016

SINCE 1987

GĂNG PHẪU THUẬT TIỆT TRÙNG CÁC SỐ

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM



HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

- Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên chất lượng cao (đã ly tâm loại trừ các yếu tố tạp chất, độc tố, tác nhân gây dị ứng...), có phủ bột ngô biến tính chống dính, thấm thấu được (Theo Dược điển Mỹ), cam kết không gây kích ứng da. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ chất lượng cao. Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một. Găng dùng được cho cả 2 tay hoặc có tay trái tay phải riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám hoặc nhẵn, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng.

- Găng được đóng gói bằng giấy Peeldown không phát sinh bụi giấy trong quá trình sử dụng. Mặt ngoài túi giấy có dải chỉ thị màu thể hiện độ vô trùng của sản phẩm.

- Quy cách đóng gói: 1 đôi/ 1 túi, 50 đôi/hộp, 400 đôi/thùng.

- Hạn sử dụng: 60 tháng từ ngày sản xuất.

- Bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh ánh sáng và nhiệt độ cao.

- Nhãn hiệu: MERUFA. Nước sản xuất: Việt Nam

- Ký mã hiệu: GPT

- Giấy phép lưu hành: 2100025ĐKLH/BYT/TB-CT

- CFS số: 23001160CFS/BYT-HTTB

2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Găng phẫu thuật tiệt trùng các số được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 10282-2014 và TCVN 6344.

- Chiều dài (min): 280 mm.

- Độ dày: $\geq 0,1$ mm.

- Chiều rộng: số 6.0: số 6.5: 83 ± 5 mm; số 7.0: 89 ± 5 mm; số 7.5: 95 ± 5 mm; số 8.0: 102 ± 5 mm.

- Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12.5 N; sau già hóa ≥ 9.5 N.

- Độ giãn dài: trước già hóa $\geq 700\%$, sau già hóa $\geq 550\%$.

- Hàm lượng Protein: $\leq 200 \mu\text{g}/\text{dm}^2$

- Lượng bột: $\leq 15 \text{mg}/\text{dm}^2$

- Mức độ nhiễm tĩnh điện: < 100 V

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 do Quacert cấp; CE; CFS

- Có phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm do Trung tâm đo lường chất lượng III kiểm nghiệm. Có giấy CFS.

- Găng được phân loại B.

- Mã do BHYT cấp: N03.06.050.0963.000.0002

Găng phẫu thuật tiệt trùng các số đều giống nhau về tính chất kỹ thuật, chỉ khác nhau về chiều rộng của lòng bàn tay, hình ảnh bên trên mang tính chất đại diện cho dòng sản phẩm này khi tham dự thầu.

3. TÍNH NĂNG SỬ DỤNG

- Găng được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế, tại các Bệnh viện, Trung tâm ... dùng trong thủ thuật, phẫu thuật. Trước khi sử dụng, người dùng nên dùng bông hoặc vải mềm, thấm cồn và lau khô bàn tay trước khi mang găng tay vào để thăm khám hoặc phẫu thuật cho Bệnh nhân.

- Khuyến cáo: Chỉ sử dụng một lần.